



MINISTERIO
DE SANIDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2023-610	REFERENCIA PS/VCG/CCF/6506
PRODUCTO Guantes de látex, guantes de vinilo y de nitrilo (de un solo uso)	
FABRICANTE Taiyu Gloves CO., Limited Jinhua City Zhejiang Province. No. 18 Building, Yiner Road. China.	
REPRESENTANTE AUTORIZADO Shanghai International Holding Corporation GmbH Eiffestrasse 80, Hamburg 20537. Alemania	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: TUV SUD Product Service GmbH (0123)• Número de certificado: 0123/G2S 08 09 64733 008• Fabricante: Taiyu Gloves CO., Limited• Producto: Guantes de látex, guantes de vinilo y de nitrilo (de un solo uso)• Fecha de emisión: 29 de noviembre de 2022• Fecha de caducidad: 28 de noviembre de 2025	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">• Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 53/2023• Certificado de marcado CE falso.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

Fecha de la firma: 26/12/2023

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>

CSV: Y C N P 5 6 X 6 E 3



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

Página 1 de 1

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89