

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSIFICADO**

Nº DE ALERTA: 2024-220	REFERENCIA PS/VCG/NM/6840
PRODUCTO Sistemas de implantes dentales UNIQA: Implantes dentales, pilares dentales y superestructuras	
FABRICANTE UNIQA Dental Ltd. 2 Ha-Tsoran , Netanya, Israel	
REPRESENTANTE AUTORIZADO Arazy Group GmbH, Hessen, Alemania	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falsificado	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falsificado: <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: MDC Medical Device Certification GmbH (0483)• Número de certificado: 0483/D1437000001• Fabricante: UNIQA Dental Ltd• Producto: Sistemas de implantes dentales UNIQA: Implantes dentales, pilares dentales y superestructuras• Fecha de emisión: 18 de febrero de 2023• Fecha de caducidad: 18 de febrero de 2028 <p>El Organismo Notificado MDC Medical Device Certification GmbH si emitió un certificado con el mismo número, para el mismo fabricante y mismos productos, pero con fecha de caducidad del 18 de febrero de 2023. En el certificado falsificado aparece indicado que el certificado es válido hasta el 18 de febrero de 2028.</p>	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">• Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 17/2024	

